新製品

小型環境試験装置

# EVC-042DAFZ(32)-H

小型振動発生機の搭載が可能。

センサや駆動アンプなど、
小型の電子回路実装部品に最適な複合環境試験装置

エミック株式会社

小型環境試験装置

# EVC-042DAFZ(32)-H

センサや駆動アンプなど、小型の電子回路実装部品に最適な複合環境試験装置です。
小型振動発生機の搭載が可能です。

## ■外観図




## ■仕様

| 型式 | EVC-042DAFZ(32)-H |
|---|---|
| 試験槽種類 | 温(湿)度試験槽 |
| 試験槽槽内寸法 | 400W×400D×400H mm |
| 温度範囲 | -40～+150 ℃ |
| 湿度範囲 | 20～98 %RH (+20～+85℃) |
| 温度変動 | ±0.5 ℃以下 |
| 温度分布 | ±2.0 ℃以下 |
| 温度変化時間(上昇) | +20℃→+150℃、130 min以内 |
| 温度変化時間(下降) | +20℃→-40℃、60 min以内 |
| 冷凍方式 | 一元冷凍方式 |
| 冷媒 | R404a |
| 電源 | AC 200V ±10% ⌀3 |
| 皮相電力 | 10 kVA |
| 最大電流 | 30 A |

※ 無負荷の仕様です。


EMIC CORP. エミック株式会社 https://www.emic-net.co.jp/

本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目27番3号 A-PLACE五反田3階
東京営業所 TEL.03-3494-1221(代表) FAX.03-3494-1288

東京営業所・さいたまサテライト 〒350-1203 埼玉県日高市大字旭ケ丘620番地1
TEL.042-984-4151 FAX.042-985-2411

名古屋営業所 〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社2丁目30番地 東名グランドビル6階
TEL.052-753-6308(代表) FAX.052-753-6328

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目8番17号 花原第5ビル6階
TEL.06-6886-0451(代表) FAX.06-6886-0454

三島事業所(製造・技術) 〒411-0042 静岡県三島市平成台11番地
TEL.055-988-8411(代表) FAX.055-988-2223

サービスセンター 〒411-0042 静岡県三島市平成台11番地
TEL.055-988-8411(代表) FAX.055-987-1477


ISO 9001:2015、ISO 14001:2015認証取得

お問合わせ先

※製品の改良・改善のため、仕様およびデザイン、その他を予告なく変更する事があります。


2022年4月発行
CL-201-02-J